



CE-Konformitätserklärung
gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.Juni 1993 über
Medizinprodukte

Medizinprodukt	Untersuchungshandschuhe steril aus Latex, puderfrei <ul style="list-style-type: none">- Gentle Skin® steril (REF 8021RW / 8022) Untersuchungshandschuhe steril aus Nitril, puderfrei <ul style="list-style-type: none">- Nitril® steril (REF 8023)
Klassifizierung	Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX; Regel 4
NBOG-Code	MDS 7006 + MS 0101
Hersteller	Meditrade GmbH Medipark 1 83088 Kiefersfelden

Hiermit erklären wir in eigener Verantwortung die Konformität des oben genannten Medizinproduktes mit der Richtlinie 93/42/EWG.

Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 93/42/EWG Anhang V

Benannte Stelle TÜV SÜD Produkt Service GmbH
Ridlerstraße 65
80330 München
ID-Nummer: 0123

EG-Zertifikat Nr. G2 011655 0015 Rev.01 gültig bis 2024-05-26

Gültigkeit dieser CE-Konformitätserklärung 2024-05-25

Kiefersfelden, 18.12.2020

Martin Unterberg
Sicherheitsbeauftragter für MP



CE-Konformitätserklärung
gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.Juni 1993 über
Medizinprodukte

Medizinprodukt	Untersuchungshandschuhe steril aus Copolymer, puderfrei - Copolymer® (REF 8091 / 8092)
Klassifizierung	Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG Anhang IX; Regel 1
NBOG-Code	MDS 7006 + MS 0101
Hersteller	Meditrade GmbH Medipark 1 83088 Kiefersfelden

Hiermit erklären wir in eigener Verantwortung die Konformität des oben genannten Medizinproduktes mit der Richtlinie 93/42/EWG.

Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren	gemäß Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
---	-------------------------------------

Benannte Stelle	TÜV SÜD Produkt Service GmbH Ridlerstraße 65 80330 München ID-Nummer: 0123
-----------------	---

EG-Zertifikat	Nr. G2 011655 0015 Rev.01 gültig bis 2024-05-26
---------------	---

Gültigkeit dieser CE-Konformitätserklärung	2024-05-25
--	------------

Kiefersfelden, 18.12.2020

Martin Unterberg
Sicherheitsbeauftragter für MP